

# REVIN BRIELLE

Meet- en regeltechniek

Revision of instruments


## TESTRAPPORT

Rapport nummer 1

	<u>Testinstrument</u>	<u>Instrument</u>
Instr.nummer	2276854	165001664
Fabrikaat	Wika	AB
Omschrijving	Digi Testmanometer	Manometer
Meetbereik	0-40 bar	0-25 bar
Klasse	0.1	1.0
Klant	TSH vakopleiding	
Getest door	L. van den Berg	

Meetpunten	Range Meetwaarde		Meetwaarde	Meetfout %	
	Bar	Stijgend		Dalend	Stijgend
1	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
2	5,00	5,06	5,12	0,240	0,480
3	10,00	10,04	10,12	0,160	0,480
4	15,00	14,97	15,14	-0,120	0,560
5	20,00	20,02	20,10	0,080	0,400
6	25,00	25,03	25,03	0,120	0,120

Getest volgens en 837-1



Datum 15-06-21  
Ref.klant N De Groot  
Ref. Revin 20210467

REVIN BRIELLE B.V.  
t Woud 16  
3222 LN Brielle  
Tel: +31 (0)181 41 30 94  
email: info@revinbrielle.com

Revin Brielle B.V. - Industrierrein 't Woud 16, 3232 LN Brielle  
Tel. (0181) 41 30 94 - E-mail info@revinbrielle.com - www.revinbrielle.com  
Bank: Rabo. Rekeningnr. IBAN NR NL45RABO0344868680 - K.v.K. Rotterdam 24237422

Op alle opdrachten aan ons, op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden voor de Metaalnijverheid (SMECOMA VOORWAARDEN), gedeponereerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder no. 5325 zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst die voor de eerste maal werd gedeponereerd op 30 juni 1950 doch sindsdien enige malen is aangevuld en gewijzigd.