

# REVIN BRIELLE

Meet- en regeltechniek

Revision of instruments


## TESTRAPPORT

Rapport nummer 2

	<u>Testinstrument</u>	<u>Instrument</u>
Instr.nummer	2276854	220101733
Fabrikaat	Wika	Armano
Omschrijving	Digi Testmanometer	Manometer
Meetbereik	0-40 bar	0-25 bar
Klasse	0.1	1.0
Klant	TSH vakopleiding	
Getest door	B. Sewkaransing	

Meetpunten	Range Meetwaarde		Meetwaarde	Meetfout %	
	Bar	Stijgend		Dalend	Stijgend
1	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
2	5,00	5,00	5,08	0,000	0,320
3	10,00	9,95	10,02	-0,200	0,080
4	15,00	14,85	14,95	-0,600	-0,200
5	20,00	19,89	19,94	-0,440	-0,240
6	25,00	24,93	24,93	-0,280	-0,280

Getest volgens DIN en 837-1: 1997



Datum 02-01-25  
Ref. klant keuring  
Ref. Revin 20240909

REVIN BRIELLE B.V.  
't Woud 16  
3232 LN Brielle  
Tel: 0181-413094  
www: info@revinbrielle.com

Revin Brielle B.V. - Industrieterrein 't Woud 16, 3232 LN Brielle  
Tel. (0181) 41 30 94 - E-mail info@revinbrielle.com - www.revinsbrielle.com  
Bank: Rabo. Rekeningnr. IBAN NR NL45RABO0344868680 - K.v.K. Rotterdam 24237422

Op alle opdrachten aan ons, op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden voor de Metaalnijverheid (SMECOMA VOORWAARDEN), gedeponereerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder no. 5325 zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst die voor de eerste maal werd gedeponereerd op 30 juni 1950 doch sindsdien enige malen is aangevuld en gewijzigd.